

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Рудный қалалық емханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны «Медициналық техника» сатып алу жөніндегі тендердің қорытындылары туралы № 43 хаттама

Рудный қаласы

4.12.2024 жыл сағат 11:00.

Тендерлік комиссия құрамы:

Конкурстық комиссияның төрайымы - бас дәрігер Калиева К.С.

Бисембаева Виктория Анатольевна - заңгер, тендерлік комиссияның мүшесі.

Яковлева Наталья Николаевна - бас мейіргер, тендерлік комиссияның мүшесі.

Бахтиярова Алтын Әбдіұлқызы - мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман, тендерлік комиссияның хатшысы, Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Рудный қалалық емханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны үшін «Медициналық техника» сатып алу жөнінде тендер өткізді.

Конверттерді ашу кезінде сенімхат бойынша жеткізушілердің өкілдері қатысты: «Gro Max» ЖК Горлачев Н.Г., «Ishym Medical» ЖШС Стрижак Е.В..

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімдерді мынадай әлеуетті жеткізушілер ұсынды::

№ р/р	Жеткізушінің атауы және мекенжайы	Жеткізушінің БСН	Баға ұсынысы бар конвертті беру уақыты
1	ҚР «Қазіргі заманғы медициналық технологиялар» ЖШС, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Наримановская көшесі, 126 ш.27	130440006673	22.11.2024 жылы сағат 11-23
2	«ДиАКиТ» ЖШС Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Әлихан Бөкейхан ауданы, 19 шағын аудан, 40 «а» үй.	160640027450	25.11.2024 жылы сағат 15-34
3	ҚР Дана Әйтенова ЖК, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі 169-22	930307450174	26.11.2024 жылы сағат 15-45
4	ҚР «Альфа-Медикал» ЖШС, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Краснопартизанская көшесі, 73а	060440003504	27.11.2024 жылы сағат 10-30
5	ҚР «Energy» ЖК, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 8 ш/а, 12-үй, 79-пәтер	840505350185	27.11.2024 жылы сағат 14-40
6	ҚР «GroMax» ЖК, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ақан-Сері көшесі, 206-үй, 10-бөлме	680426450534	02.12.2024 жылы сағат 08-12
7	ҚР «LEON COMPANY» ЖК, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ақан-Сері көшесі, 206-үй, 10-бөлме	940829250425	02.12.2024 жылы сағат 08-13
8	ҚР «Ishym Medical» ЖШС, Астана қаласы, Шоқан Уәлиханов көшесі, 9/1 үй, н.п. 10	221040030445	02.12.2024 жылы сағат 08-35

Әлеуетті өнім берушілердің біліктілік деректері Қағидалардың 1-тарауының 9-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келеді.

Сатып алынатын тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы :

№ лота	Тауардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға	Жалпы суммасы
Лот№1	Автоматты гематологиялық анализатор	дана	3	9 152 750,00	27 458 250,00
	ЖИЫНЫ: жиырма жеті миллион төрт жүз елу сегіз мың екі жүз елу теңге 00 тиын				27 458 250,00

Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес сұратылатын техникалық сипаттамалар:	«ДиАКиТ» ЖШС ұсынылған сипаттамалары
Анализатор URIT-5160 5-Part-Diff	Анализатор URIT-5160 5-Part-Diff
Жоқ	Жоқ
Диагностикалық параметрлер: IG% (жетілмеген гранулоциттердің салыстырмалы құрамы), IG # (жетілмеген гранулоциттердің абсолюттік құрамы). MicroR (эритроциттердің салыстырмалы құрамы, қалыпты эритроциттерге қатысты 70 Фл-дан кем), MacroR (эритроциттердің салыстырмалы құрамы, қалыпты эритроциттерге қатысты 110 Фл-ден астам)	Медициналық техниканың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің хабарландыруында техникалық ерекшелікке сәйкес келмегендіктен, өтінім Қағидалардың 7-тармағының 62-тармағының негізінде қабылданбайды.
Зерттеу параметрлері : TNC (Құрамында ядросы бар	Жоқ

<p>жасушалардың жалпы саны), WBC-C (WDF арнасында өлшеу кезінде қандағы лейкоциттердің жалпы саны), TNC-C (WDF арнасында өлшеу кезіндегі құрамында ядролық жасушалардың жалпы саны)WBC-D (WDF арнасында өлшеу кезіндегі қандағы лейкоциттер денгейі), TNC-D (WDF арнасында өлшеу кезіндегі құрамында ядролық жасушалардың жалпы саны)3 HFLC # (WDF шашырау диаграммасындағы LYMPH жоғарғы аумағындағы бөлшектер саны), HFLC% (WDF шашырау диаграммасындағы LYMPH жоғарғы аумағындағы бөлшектер санының лейкоциттер санына қатынасы), NE-SFL (WDF шашырау диаграммасында NEUT аймағының флуоресценциясының қарқындылығы, қабыну параметрі, нейтрофилдердің реактивтілігін көрсетеді.), NE-FSC (WDF шашырау диаграммасында NEUT аумағындағы алдыңғы жарық шашырауының қарқындылығы, қабыну параметрі, нейтрофилдердің түйіршіктілігін көрсетеді)</p>	<p>Медициналық техниканың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің хабарландыруында техникалық ерекшелікке сәйкес келмегендіктен, өтінім Қағидалардың 62-тармағының 7-тармақшасы негізінде қабылданбайды.</p>									
<p>Аспирацияланған сынама көлемі: «Жаңа алынған кан» режимінде - 25 µL, «Алдын ала өсіру» режимінде -70 мкл</p>	<p>Сәйкес келмейді. «Жаңа алынған кан» режимінде -20 мл, «Алдын ала өсіру» режимінде -20 мл Медициналық техниканың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің хабарландыруында техникалық ерекшелікке сәйкес келмегендіктен, өтінім Қағидалардың 62-тармағының 7-тармақшасы негізінде қабылданбайды.</p>									
<p>Хабарланатын және көрсетілетін мәндер ауқымы</p> <table border="1" data-bbox="225 943 1026 1070"> <thead> <tr> <th>Параметр</th> <th>Хабарланатын мәндер</th> <th>Көрсетілетін мән ауқымы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IG#</td> <td>0,03 - 440,00</td> <td>0,00 - 999,99</td> </tr> <tr> <td>IG%</td> <td>0,0 - 100,0</td> <td>0,0 - 100,0</td> </tr> </tbody> </table>	Параметр	Хабарланатын мәндер	Көрсетілетін мән ауқымы	IG#	0,03 - 440,00	0,00 - 999,99	IG%	0,0 - 100,0	0,0 - 100,0	<p>Жоқ Өтінім Қағидалардың 62-тармағы 7-тармағы негізінде қабылданбайды, себебі медициналық техниканың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің хабарландыруында техникалық ерекшелікке сәйкес келмейді</p>
Параметр	Хабарланатын мәндер	Көрсетілетін мән ауқымы								
IG#	0,03 - 440,00	0,00 - 999,99								
IG%	0,0 - 100,0	0,0 - 100,0								
<p>Өлшемдері мен салмағы: пригл . 450 (Ш) x пригл . 460 (Г) x пригл . 510 (В) мм, пригл . 35 кг</p>	<p>Сәйкес келмейді Медициналық техниканың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің хабарландыруында техникалық ерекшелікке сәйкес келмегендіктен Қағидалардың 62-тармағы 7-тармағы негізінде бас тартылады</p>									

<p>Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес сұратылатын техникалық сипаттамалар:</p>	<p>«Ishym Medical» ЖШС ұсынылатын сипаттамалары Анализатор BC-760</p>
<p>Диагностикалық параметрлер: MicroR (эритроциттердің салыстырмалы құрамы, қалыпты эритроциттерге қатысты 70 Фл-ден кем), MacroR (эритроциттердің салыстырмалы құрамы, қалыпты эритроциттерге қатысты 110 Фл-ден астам)</p>	<p>Сәйкес келмейді. Оның орнына NRBC # параметрлері көрсетілген. эритроциттер), NRBC% (пайыз) құрамында ядросы бар эритроциттер). Медициналық техниканың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің хабарландыруында техникалық ерекшелікке сәйкес келмегендіктен, өтінім Қағидалардың 62-тармағының 7-тармақшасы негізінде қабылданбайды.</p>
<p>Зерттеу параметрлері: NE-SFL (WDF шашырау диаграммасында NEUT аймағының флуоресценция қарқындылығы, қабыну параметрі, нейтрофилдердің реактивтілігін көрсетеді.), NE-FSC (WDF шашырау диаграммасында NEUT аймағының фронттық жарық шашу қарқындылығы, қабыну параметрі, нейтрофилдердің түйіршіктілігін көрсетеді)</p>	<p>Жоқ Тапсырыс берушінің хабарландыруында медициналық техниканың техникалық ерекшелігі техникалық ерекшелікке сәйкес келмегендіктен Ереженің 62-тармағының 7-тармақшасы негізінде қабылданбайды</p>
<p>Аспирацияланған сынама көлемі : Режимінде «Цельная кровь» -25 µL,</p>	<p>Сәйкес келмейді Медициналық техниканың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің хабарландыруында</p>

	техникалық ерекшелікке сәйкес келмегендіктен Қағидалардың 62-тармағы 7-тармағы негізінде бас тартылады
Өлшемі мен салмағы: пригл . 450 (Ш) х пригл . 460 (Г) х пригл . 510 (В) мм, пригл . 35 кг	Сәйкес келмейді Медициналық техниканың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің хабарландыруында техникалық ерекшелікке сәйкес келмегендіктен Қағидалардың 62-тармағының 7-тармағы негізінде қабылданбайды

Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша **ШЕШТІ:**
№ 1 лот бойынша жеңімпаз деп танылсын: ҚР «Заманауи медициналық технологиялар» ЖШС, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Нариманов көшесі 126 ш.27 Ереженің 2 тарауының 66 тармағы негізінде, себебі лот бойынша бәсекелестік жоқ.

Шарт сомасы: 27 458 250 (жиырма жеті миллион төрт жүз елу сегіз мың екі жүз елу) теңге 00 тиын
Сатып алынатын тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы:

№ лота	Тауардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға	Жалпы суммасы
Лот №2	Автоматты фороптер	Дана	1	9 880 000,00	9 880 000,00
	БАРЛЫҒЫ: тоғыз миллион сегіз жүз сексен мың теңге 00 тиын				9 880 000,00

Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша **ШЕШТІ:**
ҚР, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Баймағембетов көшесі, 2, Дана ЖК № 169-22 лот бойынша тендерді 66 Ереженің 2-тарауының негізінде жеңіп алды деп танылсын.
Шарт сомасы: 9 880 000 (тоғыз миллион сегіз жүз сексен мың) теңге 00 тиын

Сатып алынатын тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы :

№ лота	Тауардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға	Жалпы суммасы
Лот№3	Автоматты периметр	дана	1	13 995 000,00	13 995 000,00
Лот№7	Тікелей емес бинокулярлы офтальмоскоп (мандай)	дана	1	4 350 000,00	4 350 000,00
	БАРЛЫҒЫ: он сегіз миллион үш жүз қырық бес мың теңге 00 тиын				18 345 000,00

ҚР ЖК «GroMax» өтінімі, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ақан-Сері көшесі, 206 үй, 10 бөлме **ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ ЖӘНЕ ҚАРАЛМАЙДЫ:** ұсынылған медициналық бұйымдардың Қағидалардың 11-тармағына сәйкестігін растайтын құжаттардың ұсынылмауына байланысты Қағидалардың 62-тармағының 10-тармақшасы негізінде.

Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша **ШЕШТІ:**
№ 3 лот (ең төмен баға негізінде) және № 7 лот бойынша **тендер жеңімпазы деп танылсын.** (тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін Қазақстан Республикасының аумағына медициналық техниканың әкелінгенін растайтын құжат ұсынылғандықтан Ереженің 51-тармағының 2-тармақшасы негізінде жол беріледі) Қағидалардың 2-тарауының 66-тармағы негізінде, ҚР «Energy» ЖК лоты бойынша бәсекелестік болмағандықтан, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 8 ш/а, 12-үй, 79-пәтер.

Шарт сомасы: 18 345 000 (он сегіз миллион үш жүз қырық бес мың) теңге 00 тиын

Сатып алынатын тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы :

№ лота	Тауардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға	Жалпы суммасы
Лот№4	Қол медициналық электрондық динамометр	дана	4	86 980,00	347 920,00
Лот№6	Ылғалдылық пең температураны өлшеуші-тіркеуші (логгер)	дана	4	147 800,00	591 200,00
Лот№8	Медициналық таразылар	дана	2	169 800,00	339 600,00
	БАРЛЫҒЫ: бір миллион екі жүз жетпіс сегіз мың жеті жүз жиырма мың теңге 00 тиын				1 278 720,00

Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша **ШЕШТІ:**
№ 4,6,8 лоттар бойынша тендер жеңімпазы деп танылсын «Альфа-Медикал» ЖШС, ҚР, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Краснопартизан көшесі, 73а, Қағидалардың 2-тарауының 66-тармағы негізінде, өйткені лот бойынша бәсекелестік жоқ.

Шарт сомасы: 1 278 720 (бір миллион екі жүз жетпіс сегіз мың жеті жүз жиырма) тенге 00 тиын

Сатып алынатын тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы:

№ лота	Тауардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға	Жалпы суммасы
Лот№5	Сынама көзілдірік линзалар жиынтығы	дана	1	1 100 000,00	2 200 000,00
	БАРЛЫҒЫ: екі миллион екі жүз мың тенге 00 тиын				2 200 000,00

Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша **ШЕШТІ:**
№ 5 лот бойынша тендер жеңімпазы деп танылсын ЖК «LEON COMPANY» ҚР, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ақан-Сері көшесі, 206-үй, 10-кабинет,

Шарт сомасы: 2 200 000 (екі миллион екі жүз мың) тенге 00 тиын

Тапсырыс беруші 2024 жылғы 9 желтоқсанға дейінгі мерзімде 04.12.2024 жылғы № 43 қорытынды хаттамасында көрсетілген баға кестесіне сәйкес «Медициналық техника» сатып алу жөніндегі тендердің қорытындылары туралы шарт жасасуға, жеткізушілер медициналық техниканы межелі пунктке дейін уақтылы жеткізуге міндеттенеді. тендерлік құжаттамада көрсетілген тауарларды толық көлемде жеткізу фактісі бойынша - ақы төлеу шарттарымен келіседі, шот-фактураларды, жүкқұжаттарды, бюджет қаражатының бөлінуіне қарай беруді қабылдау актілерін ұсыну бойынша.

Сараптау комиссиясы құрылмаған.
Сарапшылар тартылмаған

Тендерлік комиссия төрайымы

Тендерлік комиссия мүшелері

Тендерлік комиссия хатшысы



Калиева К.С.

Бисембаева В.А.

Яковлева Н.Н.

Бахтиярова А.А.