

Протокол №43

об итогах тендера по закупкам «Медицинской техники» Коммунальное государственное предприятие «Рудненская городская поликлиника» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

г. Рудный

04.12.2024 года 11:00 ч.

Тендерная комиссия в составе:

Председатель конкурсной комиссии - главный врач Калиева К.С.

Бисембаева Виктория Анатольевна – юрист, член тендерной комиссии.

Яковлева Наталья Николаевна - главная мед сестра, член тендерной комиссии.

Бахтиярова Алтын Абдигуловна – специалист по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии, провела тендер по закупкам «Медицинская техника» для Коммунального государственного предприятия «Рудненская городская поликлиника» Управления здравоохранения акимата Костанайской области .

При вскрытии конвертов присутствовали представители поставщиков по доверенности: ИП «Gro Max» Горлачев Н.Г, ТОО «Ishym Medical» Стрижак Е.В.

Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование и адрес поставщика	БИН поставщика	Дата и Время предоставления тендерной заявки
1	ТОО «Современные медицинские технологии» РК, Костанайская область, город Костанай, улица Наримановская 126 кв.27	130440006673	22.11.2024 в 11-23 ч
2	ТОО «ДиАКиТ» Карагандинская область, Город Караганда, район Элихан Бөкейхан, микрорайон 19, д. 40 «а».	160640027450	25.11.2024 в 15-34 ч
3	ИП Айтенова Дана РК, Костанайская область, город Костанай, улица Баймагембетова 169-22	930307450174	26.11.2024 в 15-45 ч
4	ТОО «Альфа -Медикал» РК, Костанайская область, город Костанай, улица Краснопартизанская, 73а	060440003504	27.11.2024 в 10-30 ч
5	ИП «Energy» РК, Костанайская область, город Костанай, 8 мкр. Дом 12, кв.79	840505350185	27.11.2024 в 14-40 ч
6	ИП «GroMax» РК, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Акана-Серы, дом 206, каб.10	680426450534	02.12.2024 в 08-12 ч
7	ИП «LEON COMPANY» РК, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Акана-Серы, дом 206, каб.10	940829250425	02.12.2024 в 08-13 ч
8	город Астана, улица Шоқан Уәлиханов, дом 9/1 н.п. 10	221040030445	02.12.2024 в 08-35 ч

Квалификационные данные потенциальных поставщиков соответствуют требованиям, предусмотренным в пункте 9 Главы I Правил.

Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Общая сумма
Лот №1	Автоматический гематологический анализатор	штук	3	9 152 750,00	27 458 250,00
	ИТОГО: двадцать семь миллионов				27 458 250,00

четыреста пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят тенге 00 тиын				
--	--	--	--	--

Запрашиваемые технические характеристики согласно технической спецификации Заказчика ЗАЯВЛЕНО:	Предложенные характеристики ТОО «ДиАКиТ» Анализатор URIT-5160 5-Part-Diff												
<p>Диагностические параметры: IG% (относительное содержание незрелых гранулоцитов), IG# (абсолютное содержание незрелых гранулоцитов). MicroR (относительное содержание эритроцитов, менее 70 Фл по отношению к нормальным эритроцитам), MacroR (относительное содержание эритроцитов, более 110 Фл по отношению к нормальным эритроцитам)</p>	<p>Отсутствуют Заявка отклоняется на основании с п.п 7 п 62 Правил так как техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении Заказчика</p>												
<p>Исследовательские параметры: TNC (Общее число ядросодержащих клеток), WBC-C (Общее число лейкоцитов в крови при измерении в канале WDF), TNC-C (Общее число ядросодержащих клеток при измерении в канале WDF), WBC-D (Уровень лейкоцитов в крови при измерении в канале WDF), TNC-D (Общее число ядросодержащих клеток при измерении в канале WDF), HFLC# (Число частиц в верхней области LYMPH на диаграмме рассеяния WDF), HFLC% (Отношение числа частиц в верхней области LYMPH на диаграмме рассеяния WDF к числу лейкоцитов), NE-SFL (интенсивность флуоресценции области NEUT на диаграмме рассеяния WDF, параметр воспаления, отображает реактивность нейтрофилов.), NE-FSC (Интенсивность фронтального светорассеяния в области NEUT на диаграмме рассеяния WDF, параметр воспаления, отображает гранулярность нейтрофилов)</p>	<p>Отсутствуют Заявка отклоняется на основании с п.п.7 п.62 Правил так как техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении Заказчика</p>												
<p>Объем аспирированной пробы: В режиме «Цельная кровь» -25 µL, в режиме «Предварительное разведение»-70 мкл</p>	<p>Не соответствует. В режиме «Цельная кровь»-20мкл, в режиме «Предварительное разведение»-20мкл Заявка отклоняется на основании с п.п.7 п.62 Правил так как техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении Заказчика</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Диапазон сообщаемых и отображаемых значений</th> </tr> <tr> <th>Параметр</th> <th>Сообщаемые значения</th> <th>Диапазон отображаемых значений</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IG#</td> <td>0,03 - 440,00</td> <td>0,00 - 999,99</td> </tr> <tr> <td>IG%</td> <td>0,0 - 100,0</td> <td>0,0 - 100,0</td> </tr> </tbody> </table>	Диапазон сообщаемых и отображаемых значений			Параметр	Сообщаемые значения	Диапазон отображаемых значений	IG#	0,03 - 440,00	0,00 - 999,99	IG%	0,0 - 100,0	0,0 - 100,0	<p>Отсутствуют Заявка отклоняется на основании с п.п.7 п.62 Правил так как техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении Заказчика</p>
Диапазон сообщаемых и отображаемых значений													
Параметр	Сообщаемые значения	Диапазон отображаемых значений											
IG#	0,03 - 440,00	0,00 - 999,99											
IG%	0,0 - 100,0	0,0 - 100,0											
<p>Размеры и вес: пригл . 450 (Ш) x пригл . 460 (Г) x пригл . 510 (В) мм, пригл . 35 кг</p>	<p>Не соответствует Заявка отклоняется на основании с п.п.7 п.62 Правил так как техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении Заказчика</p>												

Запрашиваемые технические характеристики согласно технической спецификации Заказчика ЗАЯВЛЕНО:	Предложенные характеристики ТОО «Ishym Medical» Анализатор BC-760
<p>Диагностические параметры: MicroR (относительное содержание эритроцитов, менее 70 Фл по отношению к нормальным эритроцитам), MacroR (относительное содержание эритроцитов, более 110 Фл по отношению к нормальным эритроцитам)</p>	<p>Не соответствует. Вместо этого указаны параметры: NRBC# (число ядросодерж. эритроцитов), NRBC% (проц. содерж. ядросодержащих эритроцитов). Заявка отклоняется на основании с п.п.7 п.62 Правил так как техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении Заказчика</p>
<p>Исследовательские параметры: NE-SFL (интенсивность флуоресценции области NEUT на диаграмме рассеяния WDF, параметр воспаления, отображает реактивность нейтрофилов.), NE-FSC (Интенсивность фронтального светорассеяния в области NEUT на диаграмме рассеяния WDF, параметр воспаления, отображает</p>	<p>Отсутствуют Заявка отклоняется на основании с п.п 7 п.62 Правил так как техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении Заказчика</p>

гранулярность нейтрофилов)	
Объем аспирированной пробы: В режиме «Цельная кровь» -25 µL,	Не соответствует Заявка отклоняется на основании с п.п.7 п.62 Правил так как техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении Заказчика
Размеры и вес: пригл . 450 (Ш) х пригл . 460 (Г) х пригл . 510 (В) мм, пригл . 35 кг	Не соответствует Заявка отклоняется на основании с п.п.7 п 62 Правил так как техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении Заказчика

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок **РЕШИЛА:**
 по лоту №1 ТОО «Современные медицинские технологии»
 в Костанай, улица Наримановская 126 кв.27
 правил, так как отсутствует конкуренция по лоту.

Сумма договора: 27 458 250 (двадцать семь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) тенге 00 тиын

Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Общая сумма
Лот№2	Фороптер автоматический	штук	1	9 880 000,00	9 880 000,00
	ИТОГО: девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч тенге 00 тиын				9 880 000,00

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок **РЕШИЛА:**
 Признать выигравшей тендер по лоту №2 ИП Айтенова Дана РК, Костанайская область, город Костанай,
 улица Баймагембетова 169-22, на основании п. 66 Главы 2 Правил, так как
 отсутствует конкуренция по лоту.

Сумма договора: 9 880 000 (девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын

Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Общая сумма
Лот№3	Автоматический периметр	штук	1	13 995 000,00	13 995 000,00
Лот№7	Биноклярный не прямой офтальмоскоп (налобный)	штук	1	4 350 000,00	4 350 000,00
	ИТОГО: восемнадцать миллионов триста сорок пять тысяч тысяч тенге 00 тиын				18 345 000,00

Заявка ИП «GroMax» РК, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Акана-Серы, дом 206, каб.10
ОТКЛОНЯЕТСЯ И НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ: на основании с п.п.10 п.62 Правил, в связи с непредставлением документов, подтверждающих соответствие предлагаемых медицинских изделий, пункту 11 Правил.

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок **РЕШИЛА:**

Признать выигравшей тендер по лоту №3 (на основе наименьшей цены) и по лоту №7 (допускается на основании п.п.2 п.51 Правил так как был предоставлен документ, подтверждающий ввоз медицинской техники на территорию Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения) на основании п. 66 Главы 2 Правил, так как отсутствует конкуренция по лоту ИП «Energy» РК, Костанайская область, город Костанай, 8 мкр. Дом 12, кв.79.

Сумма договора: 18 345 000 (восемнадцать миллионов триста сорок пять тысяч) тенге 00 тиын

Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Общая сумма
Лот№4	Динамометр медицинский электронный ручной	штук	4	86 980,00	347 920,00

Лот№6	Измеритель-регистратор (логгер) влажности и температуры	штук	4	147 800,00	591 200,00
Лот№8	Медицинские весы	штук	2	169 800,00	339 600,00
	ИТОГО: один миллион двести семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать тысяч тенге 00 тиын				1 278 720,00

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок **РЕШИЛА:**
 Признать выигравшей тендер по лотам №4,6,8 ТОО «Альфа -Медикал» РК,Костанайская область,город Костанай, Улица Краснопартизанская,73а, на основании п. 66 Главы 2 Правил, так как отсутствует конкуренция по лоту.

Сумма договора: 1 278 720 (один миллион двести семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) тенге 00 тиын

Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Общая сумма
Лот№5	Набор пробных очковых линз	штук	1	1 100 000,00	2 200 000,00
	ИТОГО: два миллиона двести тысяч тысяч тенге 00 тиын				2 200 000,00

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок **РЕШИЛА:**
 Признать выигравшей тендер по лоту №5 ИП «LEON COMPANY» РК,Акмолинская область, город Кокшетау, улица Акана-Серы, дом 206, каб.10,

Сумма договора: 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) тенге 00 тиын

Заказчику, в срок до 09 декабря 2024 года, заключить договор об итогах тендера по закупкам «Медицинская техника» согласно таблице цен указанный в протоколе итогов от 04.12.2024 года №43, поставщики обязуются своевременно поставить медицинскую технику до пункта назначения, указанного в тендерной документации, соглашается с условиями оплаты – по факту поставки в полном объеме, по предъявлению счетов-фактур, накладных, актов приемки передачи по мере выделения бюджетных средств.

Экспертная комиссия не создавалась.

Эксперты не привлекались.

Председатель тендерной комиссии:

Калиева К.С.

Члены тендерной комиссии:

Бисембаева В.А.

Яковлева Н. Н.

Секретарь тендерной комиссии:

Бахтиярова А.А.

